



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «СПЕКТРОН» (ООО «НПО «СПЕКТРОН»)

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 10, литер А, пом. 203,

Адрес места осуществления деятельности:

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, дом 10, литер А, пом. 203;

198035, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, дом 3, литер А, пом. 119,

ОГРН: 1027810238279,

Номер телефона: +7 8123258183, адрес электронной почты: info@spectronxray.ru

В лице: Генерального директора Киселева Павла Петровича

заявляет, что Анализаторы элементные СПЕКТРОСКАН МЕТА

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «СПЕКТРОН» (ООО «НПО «СПЕКТРОН»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 190020, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 10, литер А, пом. 203,

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

198035, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, дом 3, литер А, пом. 119,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:

РПНФ.415311.000ТУ Анализаторы элементные СПЕКТРОСКАН МЕТА. Технические условия

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9027300000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании:

протокола испытаний № R2022/03/123-01, выдан 09.02.2023 г., испытательной лабораторией «Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (аттестат аккредитации RA.RU.21AG86)

Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация

Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования»

Условия и сроки хранения: в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Принята взамен ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.32009/25 от 02.04.2025

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.02.2028 включительно



Киселев Павел Петрович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.54619/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

10.04.2025